



## MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

Trajano de Moraes - RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAJANO DE MORAES

CNPJ Nº 12.995.547/0001-53 Tel:

### Relatório de Vencedores de Preços

Processo	Processo Requerimento Nº 002075/2025					
Compra	<a href="#">2421 - Dispensa 000061/2025 - 20/05/2025 11:20:36</a>					
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO,ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA.					
Fornecedor e Proposta	<b>SUPRIRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA 47.117.857/0001-50</b> Rua CAPITAO JOAO MANOEL, 3554 - PORTO NOVO - São Gonçalo - RJ - Brasil - CEP: 24435-550 LOTE 10 QUADRAII LOJA 03 2126227016 Validade: 30 Dia(s) Entrega/Conclusão: 30 Dia(s)					
Lote	1 - Lote 1					
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
1	<b>00005824 - Analisador automático de bioquímica</b>	serviço		9	6.750,000000	60.750,00



## MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

Trajano de Moraes - RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAJANO DE MORAES

CNPJ Nº 12.995.547/0001-53 Tel:

### Relatório de Vencedores de Preços

Processo	Processo Requerimento Nº 002075/2025
Compra	<a href="#">2421 - Dispensa 000061/2025 - 20/05/2025 11:20:36</a>
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO, ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA.
Fornecedor e Proposta	<b>SUPRIRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA 47.117.857/0001-50</b> Rua CAPITAO JOAO MANOEL, 3554 - PORTO NOVO - São Gonçalo - RJ - Brasil - CEP: 24435-550 LOTE 10 QUADRAII LOJA 03 2126227016 Validade: 30 Dia(s) Entrega/Conclusão: 30 Dia(s)
Lote	1 - Lote 1

Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
	Analisador automático de bioquímica  - Taxa de transferência até 300 testes/hora. - Reagentes Bandeja refrigerada com 60 posições de reagentes; Frascos: R1 somente 60mL; Frasco bi-reagente: R1 31mL e R2 28mL; Detector de nível para reagentes; Passos de pipetagem de 1µL. - Amostras Bandeja de amostra com 60 posições (pacientes, controles, calibradores e brancos) para copos de amostra ou tubos primários; Detector de nível para amostras; Volume mínimo: 2µL (passo 1µL); Processamento de amostra STAT; Diluição automática de amostra para valores anormais - Reação 100 cubetas plásticas e semi-descartáveis (10 segmentos com 10 cubetas cada); Volume mínimo: 220µL; Temperatura: 37°C. - Metodologia Endpoint, Kinetis e Two Points; Testes químicos e imunoquímicos (imunoturbidimetria); Calibrações lineares e não lineares. - Sistema Fotométrico 10 filtros fotométricos (340, 380, 405, 450, 505, 546, 578, 600, 650 e 700 nm) e um filtro extra (opcional); Lâmpada halógena; Alcance óptico: -0,1 até 3,6 abs. - Sistema de lavagem Lavagem automática das cubetas de reação; Lavagem interna e externa da sonda; Consumo de água: aprox. 1,6 mL/teste.					



## MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

Trajano de Moraes - RJ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAJANO DE MORAES

CNPJ Nº 12.995.547/0001-53 Tel:

### Relatório de Vencedores de Preços

Processo	Processo Requerimento Nº 002075/2025
Compra	<a href="#">2421 - Dispensa 000061/2025 - 20/05/2025 11:20:36</a>
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO, ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA.
Fornecedor e Proposta	<b>SUPRIRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA 47.117.857/0001-50</b> Rua CAPITAO JOAO MANOEL, 3554 - PORTO NOVO - São Gonçalo - RJ - Brasil - CEP: 24435-550 LOTE 10 QUADRAII LOJA 03 2126227016 Validade: 30 Dia(s) Entrega/Conclusão: 30 Dia(s)
Lote	<b>1 - Lote 1</b>

Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
	- Programas Ambiente Windows. - Controle de qualidade Controla o armazenamento de dados com visualização gráfica (Levey-Jennings). - Manutenção 110/220V. - Dimensão (AXLXPL) 45 X 80 X 58 cm. - Peso 45 kg.				60.750,00	
					<i>Total Lote:</i>	<b>60.750,00</b>
					<i>Total Fornecedor:</i>	<b>60.750,00</b>
					<i>Total Geral:</i>	<b>60.750,00</b>